

特記仕様書

1. 総 則 この特記仕様書は、経済政策課が購入する二酸化炭素濃度測定器について必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件 名 二酸化炭素濃度測定器の購入
3. 契約形態 1個あたりの単価契約
4. 品目および
 予定数量 二酸化炭素濃度測定器 700個
 ※以下の仕様を満たすものとする。
 - ・二酸化炭素濃度測定方式：NDIR センサー
 - ・CO₂ 濃度測定範囲：400～5000 ppm
 - ・温度測定範囲：-10～60℃（±2℃）
 - ・湿度測定範囲：5%～99%RH（±5%RH）
 - ・梱包サイズ：約 180mm×105 mm×97mm
 - ・充電器付き ※参考製品：株式会社東亜産業 CO₂ Manager
5. 契約期間 令和3年6月14日（月）から
 令和3年9月10日（金）まで
6. 納入場所 市川市役所 第1庁舎（市川市八幡1丁目1番1号）
7. 担当課 経済政策課
8. 納入について
 - (1) 契約金額には、納入等に係る経費を含めること。
 - (2) 納入に際しては、担当課の指示に従うこと。
 - (3) 納入する製品については、傷・汚れ、その他外観を損ねるものであってはならない。
 - (4) 納入に際しては、担当課の検収を受けるものとする。
 - (5) 製造会社による不都合箇所が発生した場合は、無償で取り替えるものとする。
9. その他
 - (1) その他不明な点は、担当課担当者へ連絡し、指示を受けること。
 - (2) 暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
 - (3) この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給単価契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。