

## 仕様書

1. 件名 新型コロナウイルス・インフルエンザ同時検査キットの購入
2. 品名 新型コロナウイルス・インフルエンザ同時検査キット
3. 数量 1,500回分
4. 納入期限 令和5年12月27日（水曜日）
5. 納入場所 市川市大洲1丁目18番1号 市川市急病診療所
6. 担当課 保健センター 疾病予防課
7. 目的 本品は急病診療所の患者の検査をするために使用するものである。
8. 規格
  - (1) 検査項目：以下の項目が同時に検査できるものとする。
    - ・SARS-CoV-2 抗原
    - ・A型インフルエンザウイルス抗原
    - ・B型インフルエンザウイルス抗原

※インフルエンザ抗原については、A型とB型の識別が可能なものとする。
  - (2) 検体：鼻咽頭ぬぐい液
  - (3) 判定時間：試料滴下から15分以内に判定可能なものとする。
  - (4) 内容物：キットの内容物は以下の物品を含むものとする。
    - ・検体の採取に係るもの。
    - ・試料の調製に係るもの。
    - ・試料を用いた検査に係るもの。
    - ・上記以外で検査に必要となるもの。
  - (5) その他：
    - ・使用方法が日本語で表記されていること。
    - ・数量1,500回分の製品内訳は問わない。
    - ・使用期限が2024年5月31日以降のもの。
9. 参考製品
  - (1) クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu A,B（株式会社ミズホメディー）
  - (2) クイックナビ™-Flu+COVID19 Ag（デンカ株式会社）

- (3) クイックナビ™-Flu+COVID19 Ag (大塚製薬株式会社)
- (4) イムノエース SARS-CoV-2/Flu (株式会社タウンズ)
- (5) GLINE-SARS-CoV-2&FluA+B (株式会社医学生物学研究所)
- (6) COVID-19 and Influenza A+B 抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」 (株式会社ニチレイバイオサイエンス)
- (7) アドテスト SARS-CoV-2/Flu (アドテック株式会社)
- (8) SARS-CoV-2&FluA/B ラピッド抗原テスト (ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社)
- (9) カネカ イムノクロマト Flu A/B & SARS-CoV-2 Ag (株式会社カネカ)
- (10) Panbio COVID-19/Flu A&B ラピッド パネル (アボットダイアグノスティクスメディカル株式会社)

#### 10. 納入について

- (1) 契約額には搬入等に係る経費を含めること。
- (2) 納入に際しては、担当課の指示に従うこと。
- (3) 納入する製品については、傷・汚れ、その他外観を損ねるものであってはならない。
- (4) 納入後は、担当課及び契約課職員の検収を受けるものとする。

#### 11. その他

- (1) この仕様に疑義が生じたときは、速やかに担当課及び契約課へ連絡し、指示を受けるものとする。
- (2) 暴力団等排除に係る特約条項を遵守すること。
- (3) 特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書(物品供給契約約款を含む)に定めるとおりとする。
- (4) 掲載の参考製品以外の同等品で、同等の品質、機能を有する製品を選定する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、担当課の承認を得ること。