

## 特記仕様書

1. 総則 この特記仕様書は、市川市休日急病等歯科診療所で使用する歯科用吸引装置ポンプ（セントラルバキューム）の必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件名 歯科用吸引装置ポンプ（セントラルバキューム）の購入
3. 品名・数量 歯科用吸引装置ポンプ（セントラルバキューム） 1式
4. 納入期限 令和6年8月30日（金）
5. 納入場所 市川市休日急病等歯科診療所  
市川市大洲1丁目18番1号
6. 担当課 保健センター 疾病予防課 急病グループ(市川市南八幡4丁目18番8号)  
電話：047-377-4515(直通)

### 7. 規格

製品	株式会社 東京技研 TCV-AS
寸法 W×D×H	371mm×552mm×610mm
電源	3相200V
周波数	50Hz程度
電流	3.4A程度
出力	0.75KW
風力・風圧 (kpa)	0.7 m <sup>3</sup> /min の時 15.69kpa
使用口数	1～6
質量	約50kg
騒音	約62dB
ベルト	A34-50Hz
保証期間	1年間

※上記、機器の製品を1式納品し取付すること。

また、取付完了後は操作が適正に稼働するか確認すること。

8. 納入について
  - ・ 価格には納入・運搬及び取付にかかる費用を含めること。
  - ・ 納入日時等については、必ず事前に担当課と協議すること。
  - ・ 納入の際に発生した梱包材、養生材は受注者が責任を持って引き取ること。  
また、廃棄になる既存の製品は担当課の指示の場所に置くこと。
9. その他
  - ・ この仕様に疑義が生じたときは、速やかに担当課へ連絡し指示を受けること。
  - ・ 納入する製品については、傷・汚れ・その他外観を損ねるものであってはならない。
  - ・ 製造会社による不都合箇所が発生した場合は無償で取替又は修繕するものとする

- ・納入に際しては担当課職員及び契約課職員の検収を受けるものとする。
- ・その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し、指示に従うものとする。
- ・この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。
- ・契約者は暴力団等排除に係る契約解除に関する特記事項を遵守すること。