

## 特記仕様書

1. 総 則 この特記仕様書は、各中学校に納入する顕微鏡の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
1. 件 名 各中学校用顕微鏡の購入
2. 数 量 21台  
(各物品の詳細は、別紙「物品内訳及び納入場所一覧【中学校】」のとおり)
3. 納入期日 令和7年1月31日（金）  
(土・日・祝日は除く)
4. 納入場所 各中学校  
(各物品の詳細は、別紙「物品内訳及び納入場所一覧【中学校】」のとおり)
5. 担 当 課 就学支援課
6. そ の 他
  - ・納品については、各中学校の指定した場所まで搬入することとし、価格には、搬入及び設置にかかる費用を含めること。
  - ・初期の使用の際、必要な消耗品は付属すること。
  - ・搬入日時等については、必ず事前に各学校担当者及び担当課と協議すること。
  - ・原則として「物品内訳及び納入場所一覧【中学校】」に記載の同等品以外は認めない。
  - ・付属品は製品と同一メーカーの専用付属品を納入すること。
  - ・納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがない。
  - ・本仕様書に記載のない事項、不明な点及び疑義が生じた場合は、速やかに担当課へ連絡し、協議すること。
  - ・この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（「物品供給契約約款」を含む）及び市川市物品供給標準仕様書に定めるとおりとする。
  - ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。

## 物品内訳及び納入場所一覧【中学校】

| 仕様書<br>No. | 品名       | 要求事項   | 同等品選定メーカー 型式及び型番           |                              |                                | 納入場所   |                | 数量 | 単位 |
|------------|----------|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|----|----|
|            |          |  | ウチダ                        | ケニス                          | ナリカ                            | 学校名    | 場所<br>(階数・教室名) |    |    |
| 1          | 生物顕微鏡    | 倍率：40～600倍<br>寸法：W 117～140mm程度<br>D 175～185mm程度<br>H 278～376mm程度 | SK-62M<br>(8-170-0425)     | JLS-600M-CN<br>(1-149-0948)  | KS II -600LMN<br>(D21-4530-11) | 第一中学校  | 2階<br>理科準備室    | 1  | 台  |
| 2          | 生物顕微鏡    | 倍率：40～600倍<br>寸法：W 117～140mm程度<br>D 175～185mm程度<br>H 278～376mm程度 | SK-64M<br>(8-170-0435)     | JLS-600M-CN<br>(1-149-0948)  | KS II -600LMN<br>(D21-4530-11) | 第二中学校  | 2階<br>第一理科室    | 2  | 台  |
| 3          | 双眼実体顕微鏡  | 倍率：20倍、40倍<br>寸法：W 116～126mm程度<br>D 180～215mm程度<br>H 268～288mm程度 | SSR-EMLLED<br>(8-171-1042) | NT-LED<br>(1-150-0845)       | AP-RLED<br>(D21-5172-21)       | 第七中学校  | 1階<br>職員玄関     | 4  | 台  |
| 4          | 長焦点生物顕微鏡 | 倍率：40～400倍<br>寸法：W 140～180mm程度<br>D 180～215mm程度<br>H 326～370mm程度 | SF-600M<br>(8-170-0506)    | JLS-D400-CN<br>(1-148-0905)  | WB400-M2<br>(D21-4240)         | 第八中学校  | 1階<br>第2理科室    | 4  | 台  |
| 5          | 生物顕微鏡    | 倍率：40～400倍<br>寸法：W 117～140mm程度<br>D 180～210mm程度<br>H 278～370mm程度 | SK-52M<br>(8-170-0409)     | NJL-400-CN<br>(1-149-0034)   | A2-400MLED<br>(D21-4138)       | 福栄中学校  | 2階<br>理科準備室    | 3  | 台  |
| 6          | 生物顕微鏡    | 倍率：40～400倍<br>寸法：W 117～175mm程度<br>D 180～282mm程度<br>H 278～370mm程度 | SK-52M<br>(8-170-0408)     | NJL-400SM-CN<br>(1-149-0036) | NES-400<br>(D21-4216)          | 南行徳中学校 | 2階<br>理科室      | 4  | 台  |
| 7          | 生物顕微鏡    | 倍率：40～600倍<br>寸法：W 172～190mm程度<br>D 215～290mm程度<br>H 326～370mm程度 | SF-600M<br>(8-170-0506)    | Swift-600SP<br>(1-149-0640)  | NES-600<br>(D21-4217)          | 妙典中学校  | 3階<br>理科室      | 3  | 台  |

# 納品学校一覧

## 中学校

| 学 校 名  | 所 在 地        | 電話番号     |
|--------|--------------|----------|
| 第一中学校  | 市川市国府台2-7-1  | 371-6045 |
| 第二中学校  | 市川市須和田2-34-1 | 371-6188 |
| 第七中学校  | 市川市末広1-1-48  | 357-3183 |
| 第八中学校  | 市川市大和田4-9-1  | 370-1394 |
| 福栄中学校  | 市川市福栄3-4-1   | 396-0701 |
| 南行徳中学校 | 市川市南行徳2-2-2  | 397-5910 |
| 妙典中学校  | 市川市妙典5-22-1  | 395-5811 |