

特記仕様書

1. 総則 この特記仕様書は、市川市急病診療所で使用する高圧蒸気滅菌器の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件名 高圧蒸気滅菌器の購入
3. 品名・数量 高圧蒸気滅菌器 1 台
4. 納入期限 令和 7 年 1 1 月 2 8 日（金）
5. 納入場所 市川市急病診療所
市川市大洲 1 丁目 1 8 番 1 号
6. 担当課 保健部 保健医療課 急病グループ(市川市八幡 1 丁目 1 番 1 号)
電話：0 4 7－7 1 2－8 6 3 5 (直通)

7. 規格

製品	株式会社 ユヤマ 高圧蒸気滅菌器 YS-A-C317J
寸法 W×D×H	5 5 7 mm×8 8 6 mm×1, 2 5 2 mm 程度
滅菌温度	132/121/115℃
滅菌時間	標準設定 5 分/20 分/30 分
電源	AC100V±10V (50/60Hz)
消費電力	2.2 k V A
圧力計	-0.1～0.4MP a
安全弁吹出圧力	0.22MP a
付加装備	真空ポンプ
質量	約 1 5 0 kg
その他	水道直結方式

※上記、機器の製品を 1 式納品し取付すること。

また、取付完了後は操作が適正に稼働するか確認すること。

8. 納入について
 - ・ 価格には納入・運搬及び取付にかかる費用を含めること。
 - ・ 納入日時等については、必ず事前に担当課と協議すること。
 - ・ 納入の際に発生した梱包材、養生材は受注者が責任を持って引き取ること。
また、廃棄になる既存の製品は担当課の指示の場所に置くこと。
9. その他
 - ・ この仕様に疑義が生じたときは、速やかに担当課へ連絡し指示を受けること。
 - ・ 納入する製品については、傷・汚れ・その他外観を損ねるものであってはならない。
 - ・ 製造会社による不都合箇所が発生した場合は無償で取替又は修繕するものとする
 - ・ 納入に際しては担当課職員及び契約課職員の検収を受けるものとする。

- ・その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し、指示に従うものとする。
- ・この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。
- ・契約者は暴力団等排除に係る契約解除に関する特記事項を遵守すること。